 ACEQ LABORATORIOS Accesorios y Equipos NIT. 901.193.178	REPORTE TÉCNICO	Código:	SG-SST-ADM-37
		Vigencia:	2018-07-01
	PERTENECE AL PROCESO ADMINISTRATIVO	Versión:	1

Reporte Técnico

N° M1-139

Fecha: 20/01/2023

Cliente: EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA
Dirección: Calle 13 N° 6A - 58
Teléfono: 601 - 3138718 586 **Ciudad:** MÁLAGA - SANTANDER
Persona de contacto: LEIDY YURANY GUALDRON SANDOVAL

Datos del equipo

Equipo: Horno de secado
Modelo: WTB
Marca: Binder
Serial N° ED 53 # 920638
Servicio requerido
☐ Garantía
 ☐ Mantenimiento
 ☒ X

Descripción de la inspección técnica

- Se hace revisión visual del equipo y se encuentra en buenas condiciones de uso


Descripción del procedimiento realizado

- Se realiza limpieza general y verificación del estado del cableado eléctrico
- El material aislante, presenta desgaste

Conclusiones

soporte@aceqlaboratorios.com.co - Cra. 93B - 132B-35 - Planta

Tel. 313 4788252- Bogotá D.C - Colombia

 ACEQ LABORATORIOS Accesorios y Equipos NIT. 901.193.178	REPORTE TÉCNICO		Código:	SG-SST-ADM-37
			Vigencia:	2018-07-01
	PERTENECE AL PROCESO ADMINISTRATIVO		Versión:	1

- El equipo queda funcionando con normalidad a la fecha del mantenimiento
- Se sugiere cambio de la la tornillería ya que se encuentra oxidada
- Se sugiere complementar el material aislante para garantizar su homogeneidad
- Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y calibración al menos una vez al año.
- Se recomienda cambio de las bandejas y no hacer uso de papel aluminio, ya que éste evita la circulación del aire en toda la cámara del horno. Afectando la homogeneidad de la misma.

¿Hubo puntualidad en el servicio?		¿Cómo califica la calidad del servicio?		¿Cómo evalúa el conocimiento del técnico?		¿Cree que el tiempo de reparación fue adecuado?	
<i>Muy buena</i>		<i>Muy bueno</i>		<i>Muy bueno</i>		<i>Muy buena</i>	
<i>Buena</i>		<i>Buena</i>		<i>Buena</i>		<i>Buena</i>	
<i>Mala</i>		<i>Mala</i>		<i>Mala</i>		<i>Mala</i>	
<i>Muy mala</i>		<i>Muy mala</i>		<i>Muy mala</i>		<i>Muy mala</i>	

Agradecemos enviar esta encuesta por correo electrónico.

Persona a cargo

Cliente

Julián Sandoval

Firma

Firma

sosporte@aceqlaboratorios.com.co - Cra. 93B - 132B-35 - Planta

Tel. 313 4788252- Bogotá D.C - Colombia