 ACEQ LABORATORIOS Accesorios y Equipos NIT. 901.193.178	REPORTE TÉCNICO	Código:	SG-SST-ADM-37
		Vigencia:	2018-07-01
	PERTENECE AL PROCESO ADMINISTRATIVO	Versión:	1

Reporte Técnico

N° M1-136

Fecha: 20/01/2023

Cliente: EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA
Dirección: Calle 13 N° 6A - 58
Teléfono: 601 - 3138718 586 **Ciudad:** MÁLAGA - SANTANDER
Persona de contacto: LEIDY YURANY GUALDRON SANDOVAL

Datos del equipo

Equipo: Baño María
Modelo: Modelo 5L
Marca: Fisher Scientific
Serial N° 400453
Servicio requerido
☐ Garantía
 ☐ Mantenimiento
 ☒ **x**

Descripción de la inspección técnica

- Se hace revisión del equipo y simple vista se encuentra en buen estado

Descripción del procedimiento realizado


- Se realiza limpieza general y verificación del cableado
- Se hace verificación de temperatura y funciona perfectamente

Conclusiones

- El equipo queda funcionando con normalidad a la fecha del mantenimiento

soporte@aceqlaboratorios.com.co - Cra. 93B - 132B-35 - Planta

Tel. 313 4788252- Bogotá D.C - Colombia

 ACEQ LABORATORIOS Accesorios y Equipos NIT. 901.193.178	REPORTE TÉCNICO		Código:	SG-SST-ADM-37
			Vigencia:	2018-07-01
	PERTENECE AL PROCESO ADMINISTRATIVO		Versión:	1

- Se sugiere mantenimiento al menos una vez al año

¿Hubo puntualidad en el servicio?		¿Cómo califica la calidad del servicio?		¿Cómo evalúa el conocimiento del técnico?		¿Cree que el tiempo de reparación fue adecuado?	
Muy buena		Muy bueno		Muy bueno		Muy buena	
Buena		Buena		Buena		Buena	
Mala		Mala		Mala		Mala	
Muy mala		Muy mala		Muy mala		Muy mala	

Agradecemos enviar esta encuesta por correo electrónico.

Persona a cargo

Cliente

Julián Sandoval

Firma

Firma

sosporte@aceqlaboratorios.com.co - Cra. 93B - 132B-35 - Planta

Tel. 313 4788252- Bogotá D.C - Colombia